REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 4 Lanusei

Proposta N° 722 del 25/06/2013

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO

N° 692 del 27 GIU. 2013

OGGETTO: *Autorizzazione Acquisto in economia fornitura attrezzature Elettromedicali per i Distretto .Ditta Fisioline Srl di Verduno.*

RICHIAMATA la delibera del Direttore Generale dell' ASL n° 560 del 26/10/2006 con la quale si approvava il regolamento aziendale per gli acquisti in economia ai sensi dell'art. 125 della decreto legge 163/2006 ;

PRESO ATTO della comunicazione presentata dal Direttore del Distretto in data 29/11/2012 con nota N° 31527 nella quale faceva richiesta di apparecchiature elettromedicali, necessarie al servizio di riabilitazione territoriale del Distretto in quanto quelle in dotazione ormai obsolete e spesso malfunzionanti non assicura più il normale servizio ;

ACCERTATO che in applicazione alla normativa vigente è sta effettuata la verifica sul M.e.p.a nel quale non sono stati reperiti le attrezzature con le caratteristiche richieste come si evince dalla documentazione agli atti,

CONSTATATA l'urgenza di concludere l' iter per l'accreditamento del Nuovo Poliambulatorio di Tortoli, con nota N°Pg/2013/12570 del 13/05/2013 si è provveduto ai sensi dell'art.125 del D.lgs 163/2006 ad invitare alcune ditte specializzate nel settore a presentare un preventivo di spesa per la fornitura di cui all'oggetto ;

PRESO ATTO che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il 27/05/2013 hanno partecipato all'invito due della cinque ditte invitate come si evince dal verbale di gara che si allega alla presente ;

PRESO ATTO che la ditta FC Genetics di Quartu S. Elena non ha raggiunto la sufficienza del punteggio per le caratteristiche tecniche dell'offerta, si è proceduto ad aggiudicare alla ditta Fisioline di Verduno, unica ditta rimasta in gara con una offerta valida la fornitura delle attrezzature ritenute adeguate e idonee al servizio richiedente

ACCERTATA la necessità e l' urgenza di provvedere a tale fornitura entro il più breve tempo possibile;

VISTA il D.L. n° 136/2010 ;

VISTE le Leggi regionali N° 10/2006 e la N° 5 del 07/08/2007

DETERMINA

- per quanto espresso in premessa:

di aggiudicare alla ditta Fisioline Srl di Verduno la fornitura di apparecchiature elettromedicali per un totale di € 24.250,00 + Iva al 21 % come si evince dall' offerta che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, necessarie al servizio di riabilitazione del Distretto da destinare al Poliambulatorio di Tortolì .

di precisare che alla spesa complessiva di € 29.342,50 di cui € 5.092.50 per Iva al 21 % si farà fronte con le risorse residue dei finanziamenti in conto Capitale 2006 registrati sul conto Cespite attrezzature sanitarie e scientifiche N° 0102020401.

di incaricare dell' esecuzione del presente provvedimento, ognuno per la parte di propria competenza, i servizi Provveditorato e Bilancio dell' Azienda Sanitaria di Lanusei .

L'estensore
Il Collaboratore Amm..vo
Sig.ra Arra Anna Angela

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO
Dott. Virgilio Frau

IL Direttore Amministrativo
Dr. Loi Antonio Mario

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 4 Lanusei

Proposta N° 722 del 25/06/2013

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO

N° 692 del 27 GIU. 2013

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

27 GIU. 2013

A.S.L. n° 4 – LANUSEI
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
Dr.ssa Elvira Marongiu

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4 LANUSEI

Protocollo n° PG/2013/16612 del 27 GIU. 2013

DESTINATARI:

- Servizio AA.GG. e Legali
- Direttore Generale
- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio
- Distretto

A.S.L. N° 4 LANUSEI

Via Piscinas n° 5 – 08045 Lanusei – Tel. 0782/490599/565
P.I. 00978060911 – www.asllanusei.it

Acquisto in economia fornitura attrezzature elettromedicali per il Distretto

VERBALE DI GARA - 2° SEDUTA

Il giorno 21 del mese di Giugno dell'anno 2013 alle ore 10.00 presso Il Servizio Provveditorato della ASL di Lanusei, sito in via Piscinas 5 a Lanusei, sono presenti: il Dr. Virgilio Frau, Direttore del Servizio Acquisti, in qualità di Presidente del Seggio di gara, la Sig.ra Monica Mura e la Sig.ra Angela Anna Arra in qualità di testimoni, per l'esperimento della procedura di gara specificata in epigrafe.

PREMESSO

Che con lettera d' invito prot. n° 12570 del 13/05/2013 sono state invitate, ai sensi dell' art. 125 del D.lgs. 163/2006, le seguenti ditte specializzate nel settore :
Ditta Chinesport Spa di Udine , Ditta Lucini Surgical Concept Srl di Lainate , la Fc Genetics Services di Quartu ,la ditta Fisioline di Srl di Verduno la ditta Elettromedical sns di G.Boscato di Sestu .

Che il presente verbale fa seguito al precedente redatto in data **28/05/2013** nel quale sono stati riportati tutti i lavori posti in essere dal Seggio di gara ovvero:

- apertura dei plichi principali, chiusi e sigillati, presentati da N° 2 ditte offerenti , e cioè dalla ditta FC Genetics e dalla ditta Fisioline le cui offerte valide erano pervenute entro il termine di scadenza, fissato alla data del 27/05/2013;
- verifica della documentazione amministrativa e presa visione dell'esistenza, consistenza e conformità della documentazione tecnica contenuta al loro interno;

Che con le deliberazioni del Direttore Generale n° 239 del 04/06/2013 è stata nominata la Commissione Giudicatrice nella persone di :
Dr.ssa Angioi Anna Rosa : Fisiatra Servizi specialistica Ambulatoriale Distretto
Sig Murru Gianluca : Tecnico della riabilitazione
Dr. Sorcinelli Guido Antonello Riccardo: Assistente Tecnico Geometra Componente gruppo accreditamento

Che la suddetta Commissione si è riunita per l'esame della documentazione tecnica stilando un verbale redatto in data 06/06/2013 dal quale si evince che la ditta FC Genetics Service Srl non ha raggiunto una valutazione sufficiente, pertanto con nota N° 15600 del 13/06/2013 viene data comunicazione alla stessa che non verrà ammessa alla seconda fase e dunque non verrà aperta la loro offerta economica .
Il Presidente, richiamata la relazione tecnica stilata dalla Commissione Giudicatrice e le varie fasi di gara apre l'unica offerta ritenuta valida.
Viene quindi dichiarata aggiudicatrice provvisoria la ditta Fisioline che offre tutte le attrezzature richieste nella lettera d'invito citata in premessa come si evince dall'offerta allegata per un importo complessivo di
€ 24 500.00 + Iva al 21 %
Le operazioni del Seggio di gara si concludono alle ore 10.30 del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene di seguito sottoscritto.

Il Presidente del Seggio di Gara – Dr. Virgilio Frau
I Testimoni -

Sig.ra Monica Mura

Sig.ra Angela Anna Arra

A.S.L. N° 4 LANUSEI

Via Piscinas n° 5 – 08045 Lanusei – Tel. 0782/490599/565
P.I. 00978060911 – www.asllanusei.it

DIREZIONE SANITARIA
Distretto

ASL4
PG/2012/ 0031527 del 29/11/2012
Mittente: Sede di Lanusei
Assegnatario: Provveditorato
Classifica: 2.4 Fascicolo: 44 del 2012

Al Direttore Servizio
Acquisti
S e d e

OGGETTO: Richiesta attrezzature per il servizio di riabilitazione

Preso atto che le apparecchiature elettromedicali in dotazione al servizio di riabilitazione del poliambulatorio di Tortoli e Jerzu sono continuamente mal funzionanti creando disagi continui al servizio che rimane per diverso tempo sprovvisto delle stesse durante il periodo di assistenza tecnica .

Considerato che le varie attrezzature in oggetto , sono obsolete e non più adatte alla quantità di prestazioni richieste nonché alla qualità del servizio che la Asl potrebbe offrire , Visto il numero di accessi , le liste d'attesa troppo lunghe e le prestazioni che vengono effettuate al di fuori della nostra azienda perché la stessa non risulta dotata di attrezzature adeguate.

Si chiede di voler provvedere alla fornitura di alcune attrezzature elettromedicali meglio descritte nell'allegato " A" fondamentali per il corretto svolgimento e la massima efficienza che il servizio di riabilitazione territoriale dovrebbe garantire .

Per la fornitura delle varie attrezzature per elettroterapia, magnetoterapia , laser e ultrasuoni , si ipotizza una spesa compresa tra i € 20 000.00 e i € 25,000.00.

La presente ha carattere di urgenza .

Distinti saluti

A.S.L. N° 4 - LANUSEI
DISTRETTO DI TORTOLI'
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
DR. SANDRO RUBIU

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N° 4 LANUSEI

05.12.12
Verificare le caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettromedicali destinate al P.O.

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIMALI DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI RICHIESTE

Apparecchio per Magnetoterapia :

- Portatile e leggero (2/3 kg) - con una intensità di picco del capo magnetico di minimo 100 Gauss di potenza per ogni applicatore – con più uscite indipendenti – con un display luminoso e una segnalazione acustica di fine trattamento – cavo di alimentazione e fasce elastiche in dotazione .

Apparecchio per elettroterapia multifunzionale avente le seguenti caratteristiche minimali:

Facile all' uso -portatile e leggero (max 2 kg)- con funzionamento sia a corrente che a batteria – con la possibilita' di configurare lo strumento in diverse soluzioni operative con più di due canali impostabili autonomamente l' uno dall'altro .

- Due canali di erogazione indipendenti e separati galvanicamente per garantire la massima sicurezza.
- Memorie programmabili e protocolli preimpostati classificati per patologia, visualizzabili su apposito monitor a colori e selezionabili anche con un unico comando a manopola di semplice, rapido e intuitivo impiego.
- Possibilità di effettuare trattamenti in sequenza tra i diversi canali di uscita.
- capacità di regolazione delle diverse forme di tensione
- Lo strumento deve poter erogare almeno 15 forme d'onda e almeno 30 varianti tra cui:
  - bipolare interferenziale,
  - interferenziali quadripolari e disoplanari,
  - pulsata bifasica asimmetrica,
  - pulsata bifasica simmetrica,
  - alternata interrotta,
  - diadinamiche,
  - faradiche,
  - continua interrotta a media frequenza,
  - erogazione a corrente costante oppure a tensione costante.
- unità vacuum, integrabile, idonea anche al posizionamento degli elettrodi nelle aree più irregolari nei trattamenti a livello cervicale o articolare.

Completo di:

- filocomando da fornire al paziente per fornire la possibilità di interrompere il trattamento qualora i parametri impostati non siano più tollerati durante la terapia.
- accessori d'uso e specifico carrello con supporto centrale unico per il fissaggio dei ripiani ed il contenimento dei cavi, due ripiani e cassetto.

L'azienda dovrà inoltre allegare la tabella con i protocolli terapeutici.

Apparecchio per Ultrasuoni :

Portatile e maneggevole , con vari programmi preimpostati con una tensione di alimentazione monofase di circa 230 v , con una densità di picco superiore a 3W/cm2 - con vari programmi tra cui effetto "cavitazione " che permetterebbe di trattare un maggior numero di patologie .

- Facile all' uso -portatile e leggero (max 2 kg)- con funzionamento sia a corrente che a batteria – con la possibilita' di configurare lo strumento in diverse soluzioni operative con più di due canali impostabili autonomamente l' uno dall'altro .

- dotato di testina monofrequenza da 1 MHz per emissione continua e pulsata con ampia superficie di trattamento e collegata in modo permanente.
- Almeno nove protocolli standard preimpostati e inizio della terapia premendo un unico tasto.
- Elevata facilità di utilizzo con ridotto numero di pulsanti.
- Dispositivo acustico e visivo di controllo contatto con il paziente e interruzione automatica della terapia in caso di contatto irregolare.
- Completo di carrello per il trasporto.

Apparecchio per Laserterapia :

Facile all' uso -portatile e leggero (max 2/ 3kg)- con una tensione di alimentazione max 230 v monofase .Con varie sorgenti laser e la fondamentale potenza di picco non deve essere inferiore a 220 w .Con segnalazione acustica di fine trattamento e segnalazione luminosa e acustica di attivazione della sorgente laser .

- Apparecchio laser multidisciplinare con emissione combinata, simultanea e sincronizzata di due sorgenti laser infrarosse con differente lunghezza d'onda ad emissione continua e pulsata su applicatore defocalizzato multidiodico a puntamento robotizzato (laser MLS – sistema ad emissione di impulsi laser multionda controllati). Area di trattamento programmabile.

Completo di:

- un manipolo laser focalizzato in alta potenza (2W emissione continua) con programmazione indipendente dalla testata laser, ad infrarosso con lunghezza d'onda di 809 nm. Categoria laser in classe IV di potenza, calcolo automatico dell'energia emessa in funzione dei parametri settati;

- almeno 80 programmi impostabili di cui almeno 25 con protocolli standard già classificati sulle più comuni patologie;
- potenza di emissione della testata fino a 1250 mW con frequenza selezionabile da 1 a 2.000 Hz, oppure emissione continua.
- Unità base su ruote piroettanti e testata laser orientabile su stativo con regolazione elettrica dell'altezza.
- Corredato di occhiali di protezione per il paziente e per il terapista, a norma CE, trasparenti.

Tutte queste attrezzature dovranno essere dotate di un minimo di accessori comprese nel prezzo tipo borse porta apparecchio , batteria di ricambio , e applicatori o cavi dedicati ove necessari.....

Onde evitare la sospensione del servizio , Si ritiene opportuno che la ditta aggiudicataria offra in sostituzione un " muletto " per ogni apparecchio nei periodi di assistenza .

Le ditte dovranno allegare bibliografia riportante i risultati clinici dell'apparecchiatura offerta. Dovranno inoltre essere dichiarati i tempi di terapia per ciascun protocollo riabilitativo.

Il responsabile dell'U.O. Di Riabilitazione
Dott. Licia Pau

ELENCO ATTREZZATURE ELETTROMEDICALI PER IL SERVIZIO DI RIABILTAZIONE DEL POLIAMBULATORIO DI TORTOLI E JERZU :

con le seguenti caratteristiche minime :

Apparecchio per Magnetoterapia :

Portatile e leggero (2/3 kg) - con una intensità di picco del capo magnetico di minimo 100 Gauss di potenza per ogni applicatore – con più uscite indipendenti – con un display luminoso e una segnalazione acustica di fine trattamento – cavo di alimentazione e fasce elastiche in dotazione –

Apparecchio per elettroterapia :

Facile all' uso -portatile e leggero (max 2 kg)- con funzionamento sia a corrente che a batteria – con la possibilita' di configurare lo strumento in diverse soluzioni operative . con più di due canali impostabili autonomamente l' uno dall'altro .

Apparecchio per Laserterapia :

Facile all' uso -portatile e leggero (max 2/ 3kg)- con una tensione di alimentazione max 230 v monofase Con varie sorgenti laser e la fondamentale potenza di picco non deve essere inferiore a 220 w

Con segnalazione acustica di fine trattamento e segnalazione luminosa e acustica di attivazione della sorgente laser .

APPARECCHIO PER ULTRASUONI :

Portatile e maneggevole , con vari programmi preimpostati con una tensione di alimentazione monofase di circa 230 v , con una densità di picco superiore a 3W/cm2 - con vari programmi tra cui effetto "cavitazione " che permetterebbe di trattare un maggior numero di patologie .

Tutte queste attrezzature dovranno essere dotate di un minimo di accessori comprese nel prezzo tipo :borse porta apparecchio , batteria di ricambio , e applicatori o cavi dedicati ove necessari.....

Onde evitare la sospensione del servizio , Si ritiene opportuno che la ditta aggiudicataria offra in sostituzione un " muletto " per ogni apparecchio nei periodi di assistenza .

ELENCO ATTREZZATURE ELETTROMEDICALI PER IL SERVIZIO DI RIABILTAZIONE DEL POLIAMBULATORIO DI TORTOLI E JERZU :

con le seguenti caratteristiche minime :

N° 2 -Apparecchio per Magnetoterapia :

Portatile e leggero (2/3 kg) - con una intensità di picco del capo magnetico di minimo 100 Gauss di potenza per ogni applicatore – con più uscite indipendenti – con un display luminoso e una segnalazione acustica di fine trattamento – cavo di alimentazione e fasce elastiche in dotazione –

N° 2 - Apparecchio per elettroterapia :

Facile all' uso -portatile e leggero (max 2 kg)- con funzionamento sia a corrente che a batteria – con la possibilita' di configurare lo strumento in diverse soluzioni operative con più di due canali impostabili autonomamente l' uno dall'altro .

N° 1 - Apparecchio per Laserterapia :

Facile all' uso -portatile e leggero (max 2/ 3kg)- con una tensione di alimentazione max 230 v monofase Con varie sorgenti laser e la fondamentale potenza di picco non deve essere inferiore a 220 w

Con segnalazione acustica di fine trattamento e segnalazione luminosa e acustica di attivazione della sorgente laser .

N° 2 – Apparecchio per Ultrasuoni :

Portatile e maneggevole , con vari programmi preimpostati con una tensione di alimentazione monofase di circa 230 v , con una densità di picco superiore a 3W/cm2 - con vari programmi tra cui effetto "cavitazione " che permetterebbe di trattare un maggior numero di patologie .

Tutte queste attrezzature dovranno essere dotate di un minimo di accessori comprese nel prezzo tipo :borse porta apparecchio , batteria di ricambio , e applicatori o cavi dedicati ove necessari.....

Onde evitare la sospensione del servizio , Si ritiene opportuno che la ditta aggiudicataria offra in sostituzione un " muletto " per ogni apparecchio nei periodi di assistenza .