

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
SERVIZIO ACQUISTI: DA/3 – VF/am
Tel. 0782/490539-490536 - Fax 0782/40060

Rettifica ed integrazione CPV33000000-0 gara sistema “service” esami chimica clinica etc.

In riferimento alla gara per la fornitura di un sistema diagnostico in “service” per esami di chimica clinica, farmaci e proteine specifiche occorrente al Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero di Lanusei a parziale rettifica ed integrazione si specifica quanto segue:

1) Art. 5 del Capitolato Speciale: relativamente allo strumento di **Back Up** si specifica di seguito quali sono gli esami che lo stesso deve eseguire:

Urea, Acido urico, Glucosio, Colesterolo, HDL, Trigliceridi, Proteine totali, Fosfatasi alcalina, ALT, AST, GGT, Fosfatasi Alcalina, Bilirubina Totale, Bilirubina Diretta, Sodio, Potassio, Calcio, Cloro, Litio, Alcool, Digossina, PCR (Proteina C reattiva), Ferro, Acido Lattico, CPK, CKMB, LDH, Ammonio, Amilasi, Lipasi e Proteine CSF.

2) Fac-Simile offerta: Le quote parti relative all’attrezzatura, ai reagenti ed ai materiali di consumo devono essere espresse in “**Euro**”

3) Test Prealbuminuria: Il Test si deve intendere come dosaggio della molecola Prealbumina indipendentemente dal tipo di campione

Il Responsabile del Procedimento
F.TO Dr. Virgilio Frau