

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
SERVIZIO ACQUISTI: DA/3 – VF/gf
Tel. 0782/490539-490542 - Fax 0782/40060

Prot. N° _____
Del _____

GARA D'APPALTO ACQUISIZIONE SISTEMA INFORMATICO OCCORRENTE PER IL LABORATORIO ANALISI

CHIARIMENTI SU QUESITI PROPOSTI DALLE DITTE CONCORRENTI

1) In merito a quanto richiesto dalla A.S.L. di Lanusei nell'art. 1 del Capitolato Speciale ovvero :
“..... Il LIS deve essere realizzato in una logica di integrazione con il sistema informativo sanitario regionale, dovrà essere collegato ai centri periferici , ai poliambulatori e ai reparti ospedalieri ; deve essere integrato con gli Uffici Ticket, con il CUP, con il sistema anagrafe degli assistiti e con l'HIS ; in ogni caso devono essere rispettate tutte quelle condizioni necessarie per essere in linea col progetto regionale per la riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private di diagnostica di laboratorio riportate nell'allegato alla deliberazione regionale n. 48/21 del 29.11.2007 a cui si rimanda per tutte le indicazioni relative alle particolarità tecniche che il sistema deve possedere”

SI PRECISA CHE

La deliberazione regionale n° 48/21 del 29/11/2007 richiede l'integrazione di ciascun Laboratorio Analisi con il sistema sanitario Regionale, in particolare è previsto che le informazioni veicolate dal sistema di laboratorio (LIS) dovranno alimentare il fascicolo sanitario elettronico (FSE) nell'ambito del progetto MEDIR , pertanto la soluzione offerta dalle ditte concorrenti dovrà comprendere le funzioni richieste per l'integrazione con il succitato progetto, ovvero:

- utilizzare primariamente per la messaggistica lo standard HL7 versione 3 ed in particolare la Clinical Document Architecture (CDA) versione 2
- applicazione della firma digitale secondo standard XML – Signature ;
- invio a MEDIR secondo le specifiche WS-security;

2) In merito a quanto richiesto all'art. 11 pag. 8 del Capitolato Speciale ovvero:
“..... il progetto tecnico elaborato dalla ditta offerente non dovrà superare le 30 pagine, un numero di pagine superiori comporterà l'esclusione dell'offerta.....”

SI PRECISA CHE

Nel numero di pagine sopraccitato deve essere compresa la descrizione dell'hardware offerto.

Alla luce di quanto sopra si comunica che i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati alla data del 25/03/2008 , mentre l'apertura della gara è prevista per il giorno 27/03/2008 alle ore 10,00, sono ammessi i sopralluoghi fino alla data del 14/03/2008.

È data facoltà a chiunque avesse già inoltrato o presentato offerta di ritirarla e ripresentarla entro i termini di cui sopra.

FERMO IL RESTO .

F.to Il Direttore Generale
Dr. Bruno Palmas